

哈密市财政局

哈密市政府采购投诉处理意见书

投诉人：新疆德益康医疗科技有限公司

地址：新疆乌鲁木齐市高新开发区（新市区）北京南路 558 号康普百信钻石苑 F 座京华佳座 1813-1 室。

投诉人：江西曼书医疗器械有限公司

地址：江西省南昌市进贤县泉岭乡府前路 203 室

投诉人：江西省俏旺贸易有限公司

地址：江西省南昌市进贤县文港镇长安路 253 号 2 栋 101 室
与投诉事项有关的当事人：中正恒天国际招标有限公司

地址：新疆乌鲁木齐市新市区北京南路 76 号环球国际大酒店川渝商会一楼

投诉人因对新疆哈密市第二人民医院《哈密市肿瘤区域医疗中心建设项目》（项目编号为：HTXJ(2019)-23 号）的招投标活动的第一包、第五包、第八包质疑答复不满，提出投诉，哈密市政府采购办根据《中华人民共和国政府采购法》和中华人民共和国财政部 94 号令《政府采购质疑和投诉办法》规定，现将《投诉书》投诉事项，调查核实情况和审查处理意见函告如下：

一、调查核实情况：

哈密市政府采购办与 2020 年 1 月 15 日、2020 年 1 月

17日相继收到投诉函，由于临近春节，代理公司已放假后又遇疫情防控期间人员不能聚集等特殊原因，导致投诉处理事项推后处理，2020年3月5日哈密市政府采购办联系代理公司于3月7日依法对本次政府采购活动进行了调查核实，由于特殊情况，组织了由三名专家组成的评标委员会对三个包重新评审，

包一：

主要对新疆生荣医学科技有限公司所投的电子阴道镜、视频喉镜软镜产品的技术参数与招标文件进行了对照核实，发现所投产品的部分技术参数与招标文件要求存负偏离，具体情况如下：

- 1、视频喉镜软镜存在条目号：3；6；8；10四项负偏离。
- 2、电子阴道镜存在条目号：1；2；3；5；6；9；10；11；12；14等十余项负偏离，并存在实质性偏离。
- 3、双通道靶控泵存在条目号：1；2；16；25四项负偏离，而且有些参数无支持材料。

包五：

主要针对南昌市诚润商贸有限公司所投的心肺复苏模拟人、分娩综合训练模型产品的技术参数与招标文件进行了对照核，实具体情况如下：

- 1、心肺复苏模拟人（全身）
 - 1）存在无气道管理功能。
 - 2）无股外侧肌肉注射操作功能。
 - 3）无手臂静脉注射操作功能（1.2.3.4）。

2、分娩综合训练模型

1)无新生儿功能(4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8)。

2)无网络化受控平台功能。

包八:

主要针对国药集团新疆新特药业有限公司所投的红外辐照

治疗仪、水光注射平台产品的技术参数与招标文件进行了对照核实,具体情况如下:

1、 红外辐照治疗仪不满足要求有:

1)输出功率 1.5W,标书要求 750W。

2)有效光谱波长范围不符合。

3)所投设备与标书要求不符。

2、水光注射平台

1)注射方式完全不符合招标要求。

2)所投设备与标书要求存在实质性偏离。

二、审查处理意见

根据《政府采购质疑和投诉处理办法》财政部 94 号令,第四章第三十二条第二款的法律规定, 投诉人对采购过程或者采购结果提起的投诉事项,财政部门经查证属实的,应当认定投诉事项成立。经认定成立的投诉事项不影响采购结果的,继续开展采购活动;影响或者可能影响采购结果的,财政部门按照下列情况处理:已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的,认定中标或者成交结果无效。合格供应商符合法定数量时,可以从合格的中标或者成交候选

人中另行确定中标或者成交供应商的，应当要求采购人依法另行确定中标、成交供应商；否则责令重新开展采购活动。根据以上条款，现做出项目中标无效决定，并要求重新组织招投标活动。

如投诉人对本处理决定不服，可依法申请行政复议或者向人民法院提出行政诉讼。

